



---

**Nr postępowania - ZPO:ZP/18/2019**  
**Wyjaśnienia z dnia 04.10.2019 r. do zapytania ofertowego**

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

dotyczy: **zapytania ofertowego na dostawę rękawic diagnostycznych i chirurgicznych: ZP/18/2019.**

W związku z otrzymanymi pytaniami do zapytania ofertowego, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

**Pytanie 1 Załącznik nr 2 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych niesterylnych, o rozmiarach XS, S, M, L, XL, AQL = 1,5, grubość na palcu min. 0,10 mm, na dłoni min. 0,05 mm – na pojedynczej ściance, oznakowane i klasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III. Na opakowaniu jednostkowym znajdują się m.in. następujące informacje: nazwa producenta, nazwa rękawic, rozmiar, nr serii, data ważności, poziom AQL., 1 opak. = 100 szt.

**Pytanie 2 Załącznik nr 2 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic diagnostycznych winylowych bezpudrowych niesterylnych o rozmiarach XS, S, M, L, XL, AQL  $\leq$  1,5, grubość na palcu  $\geq$  0,06mm, na dłoni  $\geq$  0,05mm - na pojedynczej ściance, oznakowane i klasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii I, na opakowaniu jednostkowym znajdują się m.in. następujące informacje: nazwa producenta, nazwa rękawic, rozmiar, nr serii, data ważności, poziom AQL., 1 opak. = 100 szt., bez badań na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3.

**Pytanie 3 Załącznik nr 2 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic chirurgicznych lateksowych pudrowanych jałowych o rozmiarach 7,0 - 9,0, AQL  $\leq$  1,0, grubość na palcu min. 0,19 mm, na dłoni min. 0,18 mm – na pojedynczej ściance, poziom protein poniżej 60  $\mu$ g/g, długość minimum 260 mm, oznakowane i klasyfikowane jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony osobistej kategorii III, sterylizowane radiacyjnie, na opakowaniu jednostkowym znajdują się m.in. następujące informacje: nazwa producenta, nazwa rękawic, rozmiar, nr serii, data ważności, 1 opak. – 1 para.

**Pytanie 4 Zadanie 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o nieznacznej różnicy na palcu  $0,12 \pm 0,02$ mm?

**Pytanie 5 Zadanie 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o nieznacznej różnicy na dłoni  $0,07 \pm 0,02$ mm?

**Pytanie 6 Zadanie 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o nieznaczonej różnicy na dłoni  $0,09 \pm 0,02 \text{mm}$ ?

**Pytanie 7 Zadanie 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o poziomie AQL 1,5?

**Pytanie 8 Zadanie 1, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o nieznaczonej różnicy na palcu  $0,16 \pm 0,02 \text{mm}$ ?

**Pytanie 9 Zadanie 1, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o nieznaczonej różnicy na dłoni  $0,14 \pm 0,02 \text{mm}$ ?

**Pytanie 10 Zadanie 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o poziomie AQL 1,5?

**Pytanie 11 Zadanie 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o poziomie białek  $89 \mu\text{g/g}$ ?


**Pytanie 12 Zadanie 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o poziomie białek  $94 \mu\text{g/g}$ ?

**Odpowiedź dotyczy wszystkich pytań.**

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje obniżenia parametrów jakościowych oferowanych rękawic i utrzymuje treść załącznika 2 do zapytania ofertowego, w tym wymagane parametry techniczno – użytkowe opisane w kolumnie 2 tego załącznika.

*Z poważaniem*

DYREKTOR  
Zakładu Flegnacyjno-Opiskunczego  
im. Ks. Jerzego Popiełuszki  
  
mgr Grażyna Śmiarowska