



Nr postępowania - ZPO:ZP/18/2019
Wyjaśnienia z dnia 07.10.2019 r. do zapytania ofertowego

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: **zapytania ofertowego na dostawę rękawic diagnostycznych i chirurgicznych: ZP/18/2019.**

W związku z otrzymanymi pytaniami do zapytania ofertowego, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie 1 Załącznik nr 2 poz. 1

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

- a) z poziomem szczelności $AQL \leq 1,5$;
 - b) o rozmiarach S, M, L, XL;
 - c) z grubością na palcu min. 0,11 mm, na dłoni min. 0,07 mm;
- zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III.

Pytanie 2 Załącznik nr 2 poz. 2

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

- a) z grubością na palcu $\geq 0,06$ mm;
- zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii I.

Pytanie 3 Załącznik nr 2 poz. 3

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

- a) z poziomem protein poniżej 150 μ g/g;
 - b) w rozmiarach 7,0 – 8,5;
- zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kategorii III.

Odpowiedź dotyczy wszystkich pytań.

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje obniżenia parametrów jakościowych oferowanych rękawic i utrzymuje treść załącznika 2 do zapytania ofertowego, w tym wymagane parametry techniczno –użytkowe opisane w kolumnie 2 tego załącznika.

Z poważaniem

Główny Księgowy

mgr Mirosława Krygiel